



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO  
 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
 COMISSÃO PERMANENTE DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES

### LISTAGEM DE SANEANTES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCAS APROVADAS
1	<b>Detergente Enzimático</b> contendo no mínimo 4 grupos básicos de enzimas: amilase, carboidrase, protease e lipase. Tensoativo não-iônico, pH entre 6 e 8, álcool isopropílico até 10%, biodegradável, não irritante à pele e mucosa. Galão de 5 litros. Deverá atender tanto a limpeza manual quanto a automatizada. Comprovação de propriedades conforme laudos técnicos de laboratórios credenciados.	ENDOZIME PLUS/RUHOF CLEANZIME TOP 4/RUHOF ECAZYME IV/ICARAÍ LUCK ZYMES/LUCKMANN 3M ENZILUX 4/PROFILÁTICA ECOZIME 4/PROFILÁTICA NEOZIME 5/LABNEWS ANIOSYME 5 SINERGY/ANIOS RIOZYME VI/RIOQUÍMICA ENZI-TEC EXTRA/TECPON ENZYMAX 4/COSMODERMA PROACTION AS 110 4E/GROW
2	<b>Solução para pré-limpeza de instrumental cirúrgico e endoscópios</b> , composto de tensoativo não-iônico, umectantes e pH neutro. Produto de <b>pronto uso (líquido ou espuma)</b> , que previne o ressecamento da matéria orgânica no material (interna e externamente), facilitando a remoção da sujidade no processo de limpeza e no aparecimento de manchas no instrumental em inox (RDC nº 42/2009 – ANVISA). No ato da compra será avaliado o preço por ml.	STELCLEAN/LABNEWS ANIOSYME FIRST/ANIOS MEGAZIME PREMIUM SPRAY/COSMODERMA MEGAZIME PREMIUM ESPUMA/COSMODERMA PREPZYME/RUHOF BELL PRÉ-WALSH CLEANER/BALLTYPE GLUCOSEPT TECPON CISA/PRECLEAN

