



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO  
 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
 COMISSÃO PERMANENTE DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO - HOSPITALARES

### LISTAGEM DE MATERIAIS DA GASTROENTEROLOGIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCAS APROVADAS
1	<b>Agulha de esclerose</b> (ou injetor para esclerose de varizes), descartável, estéril, <b>23 G</b> , comprimento de trabalho de aprox. <b>240 cm</b> , para canal de trabalho do aparelho de <b>2,8 mm ou maior</b> .	MEDI-GLOBE JIUHONG MEDICAL ALPHARAD
2	<b>Alça para polipectomia</b> endoscópica com 240 cm de comprimento, <b>autoclavável</b> , abertura <b>mini</b> .	MEDI-GLOBE BOSTON SCIENTIFIC
3	<b>Alça para polipectomia</b> endoscópica com 240 cm de comprimento, <b>uso único</b> , abertura <b>mini</b> .	
4	<b>Alça para polipectomia</b> endoscópica com 240 cm de comprimento, <b>autoclavável</b> , abertura <b>média</b> .	MEDI-GLOBE BOSTON SCIENTIFIC
5	<b>Alça para polipectomia</b> endoscópica com 240 cm de comprimento, <b>uso único</b> , abertura <b>média</b> .	
6	<b>Alça para polipectomia</b> endoscópica com 240 cm de comprimento, <b>autoclavável</b> , abertura <b>grande</b> .	MEDI-GLOBE BOSTON SCIENTIFIC
7	<b>Alça para polipectomia</b> endoscópica com 240 cm de comprimento, <b>uso único</b> , abertura <b>grande</b> .	
8	<b>Anéis para ligadura elástica de varizes esofageanas</b> . Estéril, atóxico e apirogênico. Tamanho: <b>4,6 x 1,5 x 1,7 mm</b> . Caixa com 100 unidades.	FERRARI (Ref. PF 112)
9	<b>Balão dilatador pneumático para acalásia</b> , para uso com fio guia de Savary. Diâmetro de insuflação do <b>balão de 30 mm</b> e comprimento de 8 ou 10 cm.	MEDI-GLOBE BOSTON SCIENTIFIC
10	<b>Balão dilatador pneumático para acalásia</b> , para uso com fio guia de Savary. Diâmetro de insuflação do <b>balão de 35 mm</b> e comprimento de 8 ou 10 cm.	MEDI-GLOBE BOSTON SCIENTIFIC



11	<b>Cateter de dilatação por balão</b> , via endoscópica, comprimento de trabalho de 240 cm, comprimento do balão de 5,5 cm, diâmetro do cateter para canal mínimo de 2.8 cm e <b>diâmetro progressivo do balão de 12, 13,5 e 15 mm</b> . Indicado para uso com fio guia de 0.035 cm.	BOSTON SCIENTIFIC
12	<b>Cateter de dilatação por balão</b> , via endoscópica, comprimento de trabalho de 240 cm, comprimento do balão de 5,5 cm, diâmetro do cateter para canal mínimo de 2.8 cm e <b>diâmetro progressivo do balão de 18, 19 e 20 mm</b> . Indicado para uso com fio guia de 0.035 cm.	BOSTON SCIENTIFIC
13	<b>Cateter de eletrocoagulação bipolar</b> , canal de irrigação integrado, medindo entre 300 e 350 cm e diâmetro externo de 7 Fr. Para uso em endoscópio com canal mínimo de 2,8 mm. Estéril e descartável.	BOSTON SCIENTIFIC
14	<b>Clip para hemostasia</b> , descartável e estéril, pré-carregado com um 01 clip de 2 pontas, comprimento de trabalho mínimo de 180 cm. Canal de trabalho do endoscópio com pelo menos 2.8 mm.	MICRO-TECH OLYMPUS (Cód.: HX-201UR-135)
15	<b>Corante Índigo-carmin</b> para endoscopia. Pronto para uso. Com concentração de 0,1 a 0,4%. Frasco-ampola de 6 ml.	RENYLAB
16	<b>Corante Lugol</b> para endoscopia. Pronto para uso. Frasco-ampola de 60 ml.	RENYLAB
17	<b>Corante tinta da Índia (tinta da china)</b> para endoscopia. Pronto para uso. Frasco-ampola de 6 ml.	
18	<b>Dispositivo para ligadura elástica para varizes</b> por endoscopia, com tambor com 6 bandas elásticas em látex pré-moldadas, manopla, cateter e adaptador para irrigação.	SMARTBAND/INTELLIGENT ENDOSCOPY
19	<b>Escova de limpeza com dupla ponta</b> com combinação de limpeza para <b>canal de trabalho e válvulas de controle</b> . Empunhadura anti-deslizante, comprimento de 230 cm, diâmetro das cerdas de 5-7 mm e diâmetro da bainha 1.7 mm. Para uso em canal de trabalho de no mínimo 2.0 mm.	MEDI-GLOBE JIANGSU/ENDOACCESS BATRIK SAFEMED/DEVANT

20	<b>Kit para gastrostomia endoscópica percutânea (PEG)</b> estéril, atóxico, descartável contendo: sonda de gastrostomia de silicone, adaptador para nutrição com duas entradas e pinça tipo clamp; guia metálico com comprimento aproximado de 260 cm, alça para apreensão do fio guia, anteparo de segurança para a pele, bisturi descartável com lâmina, cateter introdutor intragástrico com calibre compatível para passagem do fio guia, e campo fenestrado. <b>20 Fr.</b>	COOK BALLARD KENDALL BARD BOSTON SCIENTIFIC
21	<b>Kit para gastrostomia endoscópica percutânea (PEG)</b> estéril, atóxico, descartável contendo: sonda de gastrostomia de silicone, adaptador para nutrição com duas entradas e pinça tipo clamp; guia metálico com comprimento aproximado de 260 cm, alça para apreensão do fio guia, anteparo de segurança para a pele, bisturi descartável com lâmina, cateter introdutor intragástrico com calibre compatível para passagem do fio guia, e campo fenestrado. <b>24 Fr.</b>	COOK BALLARD KENDALL BARD BOSTON SCIENTIFIC
22	<b>Pinça de biópsia</b> para videogastrosκόpio, <b>autoclavável, sem espícula, 160 cm</b> de comprimento e 2,4 mm de diâmetro.	HUGER MEDI-GLOBE OLYMPUS (155 cm)
23	<b>Pinça de biópsia</b> para videogastrosκόpio, <b>uso único, sem espícula, 160 cm</b> de comprimento e 2,4 mm de diâmetro.	JIUHONG MEDICAL
24	<b>Pinça de biópsia</b> para videogastrosκόpio, <b>autoclavável, sem espícula, 230 cm</b> de comprimento e 2,4 mm de diâmetro	HUGER MEDI-GLOBE OLYMPUS
25	<b>Pinça de biópsia</b> para videogastrosκόpio, <b>uso único, sem espícula, 230 cm</b> de comprimento e 2,4 mm de diâmetro.	JIUHONG MEDICAL
26	<b>Pinça para retirada de corpo estranho, autoclavável</b> , com aproximadamente <b>240 cm</b> de comprimento.	G-FLEX/ADEF – RIO MEDI-GLOBE
27	<b>Sonda gástrica</b> , tipo <b>esofageana, Sengstaken-Blakemore, N° 18</b> , material borracha, tipo conector fundido no cateter, características adicionais com 3 vias, 3 furos distais e 2 balões, estéril, componente com guia graduada.	BCI MEDICAL/ELECTROPLAST
28	<b>Stent biliar plástico</b> , duplo pigtail, com diâmetro de 7 Fr e comprimento de 7 cm. Descartável e estéril.	BOSTON SCIENTIFIC